

1. Ditujukan Gunakan:

Lysing agen untuk stromatolyser eritrosit (RBC), untuk penentuan kuantitatif leukosit (WBC), leukosit lima bagian diferensiasi (LYM, MON, NEU, EOS, BAS) dan hemoglobin (HGB) pengukuran konsentrasi dalam darah manusia pada otomatis hematologi analyzer.

2. Komposisi / Data pada komponen:

CAS No .: air 7732-18-5

Nomor EINECS: 231-791-2

3. Peringatan:

Bahaya Penunjukan:

kekosongan

Risiko spesifik:

Tidak ada ditentukan.

Informasi yang berkaitan dengan bahaya tertentu bagi manusia dan lingkungan:

Produk ini tidak perlu dilabel karena prosedur perhitungan "Klasifikasi Umum pedoman untuk persiapan Uni Eropa" dalam lazysz versi valid.

Sistem Klasifikasi:

Klasifikasi ini sesuai dengan EC-arahan saat

informasi Toksikologi

Toksisitas akut:

Ketika digunakan dan ditangani sesuai dengan spesifikasi, produk tidak memiliki efek berbahaya menurut pengalaman kami dan informasi yang diberikan kepada kami.

Bahan ini tidak tunduk pada klasifikasi menurut daftar EC dalam versi terakhir.

sensitisasi:

Tidak menimbulkan efek kepekaan dikenal.

Toksisitas kronis:

Tidak ditentukan.

inhalasi:

Tidak ditentukan.

Primer efek iritasi:

pada kulit: Tidak ada efek iritasi.

pada mata: kemerahan.

Tertelan:

Tidak ditentukan.

4. Pencegahan dan penyimpanan:

Solusi Convergys® Lyse-5P adalah desain untuk penggunaan laboratorium profesional. Tindakan pencegahan laboratorium yang biasa harus diamati. Solusi Convergys® Lyse-5P adalah untuk dikirim dan disimpan kering pada suhu antara 18 - 30 ° C

5. Stabilitas:

Botol belum dibuka stabil sampai dengan tanggal kedaluwarsa. Botol dibuka stabil selama 120 hari.

6. Indikasi Kerusakan:

Reagen ini tidak berwarna. Jika ada partikel padat atau partikel terkontaminasi terlihat dalam wadah itu mungkin menunjukkan kerusakan. Jangan menggunakan produk jika kerusakan diduga.

7. Instruksi:

Solusi Convergys® Lyse-5P akan dipasang oleh pengguna profesional pada Convergys® X5 otomatis Analyzers Hematology sesuai petunjuk di Analyzers User Manual.

1. Buka tutup botol

2. Sambungkan tutup di mana ada koneksi tabung.

3. Hubungkan tabung untuk tutup Reagen di satu sisi dan belakang instrumen dalam inlet Lyse-5P di sisi lain

8. Keterbatasan:

Kinerja produk ini terjamin hanya jika benar disimpan dan digunakan seperti yang dijelaskan dalam insert ini.

9. Bantuan Teknis: Tech. dukungan dan layanan pelanggan di <http://www.convergenttechnologies.de/support/>

10. Diproduksi Oleh: Convergent Technologies GmbH & Co KG, Ringstrasse 14, 35091 Coelbe, Jerman